본 제품은 "의료기기"입니다.
"일회용", "재사용 금지"

1. 수입업자의 상호와 주소
 상호 : 하이메드(주)
 주소 : 서울특별시 성동구 147 906호(성수동2가, 아이에스비즈타워)

2. 제조원(제조국 및 제조사명)
 제조국(주소) : 중국, 5/F, Building 3, No.27, Yongwang Road, Z-park Daxing Bio-medicine Industry Park, Dist. Daxing, Beijing P.R.C.
 제조사명 : Beijing Kingst Commercial &Trade Co., Ltd.

3. 허가(인증 또는 신고)번호, 명칭(품목명, 모델명)
 허가(인증 또는 신고)번호 : 수신 26-448호
 품목명 : 일회용산소투여용튜브·카테터
 모델명 : KM-163

4. 중량 또는 포장 단위
 : 1 Pack

5. 사용 목적
 : 산소를 경비강을 통하여 투여하기 위하여 사용하는 일회용 튜브·카테터

6. 보관 또는 저장방법
 : 해당 없음

7. 사용방법
 가. 사용 전 준비사항
  1. 제품의 균열, 막힘, 변색 또는 손상 등 파손 여부를 확인한다.
  2. 제품의 규격 및 사용기간을 확인한다.

 나. 조작방법
  1. 산소 공급장치의 연결부와 산소 공급 튜브를 연결한다.
  2. 튜브를 통해 산소가 나오는지 확인한다.
  3. 튜브를 인공호흡기 또는 환자의 양쪽 비공에 삽입한다.
  4. 튜브를 귀 뒤로 걸치게 하고 턱 밑으로 길이를 조절한다.

 다. 사용 후 보관 및 관리방법
  1. 일회용 제품이므로 사용 후 폐기한다. (재사용 금지)

8. 사용 시 주의사항
 1) 본 제품은 단일 환자에게만 사용한다.
 2) 튜빙을 꼬이게 하거나 구부리거나 압박하지 않는다.
 3) 습기가 내부에 들어가서 막히지 않도록 주의한다.
 4) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 금지한다.

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)